


RESMED




Manufacturer: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia. Distributed by: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA.
[EC REP] ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.
For patent information, see www.resmed.com/ip.
S9, S9 Escape, SlimLine and ClimateLine are trademarks of ResMed Ltd. S9, Escape, SlimLine and ClimateLine are registered in the United Kingdom.
© 2012 ResMed Ltd. 368874/1 2012-10

CE
0123

S9 Escape™ POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

User Guide

Türkçe



S9 Escape kullanım amacı

S9 Escape CPAP sistemi, 30 kg'dan fazla ağırlığa sahip, obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan hastaların tedavisine yöneliktir. S9 Escape CPAP sistemi ev ve hastane kullanımına yöneliktir.

Kontrendikasyonlar

Pozitif hava yolu basıncı, aşağıda sıralanan önceden mevcut rahatsızlıkları olan bazı hastalarda kontrendike olabilir:

- ciddi bülöz akciğer hastalıkları
- pnömotoraks
- patolojik olarak düşük kan basıncı
- dehidratasyon
- serebrospinal sıvı sızıntısı, yakın zamanda geçirilmiş kraniyal cerrahi veya travma

Yan etkiler

Hastalar, olağandışı göğüs ağrısı, şiddetli baş ağrısı veya artan ölçüde nefessiz kalma durumlarında, bunu tedaviden sorumlu doktorlarına bildirmelidirler. Akut üst solunum yolu enfeksiyonu geçici olarak tedaviye ara verilmesini gerektirebilir.

Cihaz ile tedavi uygulanması esnasında aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir:

- burun, ağız veya boğazda kuruluk
- burun kanaması
- şişkinlik
- kulak veya sinüste rahatsızlık
- göz iritasyonu
- deri döküntüleri

Maskeler ve namlendiriciler

Tavsiye edilen maskeler ve namlendiriciler www.resmed.com adresinde Products (Ürünler) sayfasında Service & Support (Servis ve Destek) bölümünün altında bulunabilir. Maskenizin veya namlendiricinizin kullanımını ile ilgili bilgi için maskeniz veya namlendiricinizle birlikte tedarik edilen kılavuza bakın.

Kurulum

Resim A'ya bakınız.

1. Güç kaynağı biriminin DC kablosunu S9'un arkasına bağlayın.
2. Güç kablosunu güç kaynağı birimine bağlayın.
3. Güç kablosunun diğer ucunu güç çıkışına takın.
4. Hava tüp sisteminin bir ucunu hava çıkışına sıkıca takın.

5. Kurulu maske sistemini hava t p  sistemini serbest ucuna takın.

Kontrol paneli

Resim B'ye bakın.

S9 cihazınızın kontrol paneli aŐağıdaki maddeleri ierir:

1. BaŐlat/Durdur d ğmesi: Tedaviyi baŐlatır veya durdurur.
2. Ana men 
3. LCD ekran
4. Bilgi men s *: Uyku istatistiklerinizi g r nt lemenizi saėlar
5. Kurulum men s *: Ayarlarda deėiŐiklik yapmanızı saėlar
6. Dial TuŐu: TuŐun evrilmesi men de gezinmenizi ve ayarları deėiŐtirmenizi saėlar. TuŐa basılması bir men ye girmenizi ve seiminizi onaylamanızı saėlar.

*Klinisyeniniz tarafından S9 Essentials etkinleŐtirilmiŐse Bilgi ve Kurulum men leri devre dıŐı bırakılır.

Men lerde gezinme

Resim C'ye bakın.

Genel olarak men lerde gezinmek iin:

1. İstediėiniz parametre mavi olarak g sterilene kadar  d ğmesini evirin.
2.  kısmına basın. Seim turuncu renkle belirlenecektir.
3. İstediėiniz ayarı g rene kadar  d ğmesini evirin.
4. Seiminizi onaylamak iin  d ğmesine basın. Ekran maviye d ner.

BaŐlarken

1. G c n baėlı olduėundan emin olun.
2. Gerekirse y kselme s resini ayarlayın.
3. Maskenizi, maske kullanıcı kılavuzunda belirtildiėi Őekilde oturtun.
4. Tedaviyi baŐlatmak iin Őuraya basmanız yeterlidir: .
5. Uzanıp hava t p n  uykunuzda d nd ė n z takdirde serbeste hareket edebileceek Őekilde d zenleyin.
6. Tedaviyi herhangi bir anda durdurmak iin Őu d ğmeye basın: .

Temizlik ve bakım

G n l k:

Kelepee  zerindeki parmak tokalarını ekerek hava t p n  ıkarın. Bir sonraki kullanıma kadar temiz, kuru bir yere asın.

Notlar:

- *Hava t p n  doėrudan g neŐ iŐiėi altına asmayın  nk  zamanla sertleŐebilir ve sonuta kırılabilir.*

- *Hava t p n   amaŐ, ır veya buluŐ, ık makinesinde yıkamayın.*

Haftalık:

1. Hava t p n  S9 cihazı ve maskeden  ıkarın.
2. Hava t p n  hafif deterjanla ılık suda yıkayın.
3. iyice durulayın, asın ve kurumaya bırakın.
4. Sonraki kullanımdan  nce hava t p n  hava  ıkıŐ, ına ve maskeye tekrar bađlayın.

Aylık:

1. S9'un dıŐ, ını nemli bir bez ve hafif bir deterjanla silin.
2. Hava filtresini hem delikler hem kir veya tozdan dolayı tıkanmalar a ısından kontrol edin. Gerektiđinde hava filtresini yenisiyle deđiŐ, tirin.

Hava filtresinin deđiŐ, tirilmesi:

Hava filtresini altı ayda bir (veya gerekirse daha sık) deđiŐ, tirin.

1. Hava filtresi kapađını S9 cihazının arkasından  ıkarın.
2. Eski hava filtresini  ıkarın ve atın.
3. Yeni bir ResMed hava filtresini, filtre kapađı,  zerinde d z olarak oturduđundan emin olarak takın.
4. Hava filtresi kapađını tekrar takın.

Notlar:

- *Hava filtresinin ve hava filtresi kapađının her zaman takılı olmasını sađlayın.*
- *Hava filtresini yıkamayın. Hava filtresi yıkanamaz veya tekrar kullanılamaz.*

Sorun Giderme

Eđer bir sorun meydana gelirse, aŐađıdaki  nerilerden faydalanın. Sorun giderilemezse ekipman tedarik niz veya ResMed'le irtibat kurun. Cihazı a mayı denemeyin.

Problem/Olası neden

 z m

G r nt  yok

G c bađlı deđil.

G c kablosunun bađlı olduđundan ve prizin (varsa) a ık olduđundan emin olun.

DC kablo s cihazın arkasına kısmen takılıdır.

DC kablosunu tam olarak takın.

Cihazdan yetersiz hava tedariki

Y  kselme s  resi devrede.

Hava basıncının y  kselmesini bekleyin veya y  kselme s  resini deđiŐ, tirin.

Hava filtresi kirlidir.

Hava filtresini deđiŐ, tirin.

Problem/Olası neden

Hava tüpü doğru bağlanmamış.
Hava tüpü bloke, sıkışmış veya delinmiş.
Maske ve başlık doğru konumlandırılmamış.
Yanlış hava tüpü seçilmiş.

Çözüm

Hava tüpünü kontrol edin.
Hava tüpünü açın veya serbestleştirin. Hava tüpünü delinme açısından kontrol edin.
Maske ve başlık konumunu ayarlayın.
SlimLine veya Standard hava tüpü kullanıyorsanız doğru hava tüpünü seçtiğinizden menü aracılığıyla emin olun.

Basinç uygunsuz bir şekilde yükseliyor

Konuşma, öksürme veya olağandışı şekilde solunma.
Maske yastıkçığı cilt üzerinde ses yapıyor.

Nazal maske takılıyken konuşmaktan kaçının ve mümkün olduğunca normal nefes alın.
Başlığı ayarlayın.

Hata mesajını gösterir: Yüksek ısı hatası, kullanıcı kilavuzuna başvurun.

Cihaz sıcak bir ortamda bırakılmıştır.

Tekrar kullanmadan önce soğumasını sağlayın. Güç kablosunu sökün ve cihazı yeniden başlatmak için tekrar bağlayın.

Hava filtresi tıkalı.

Hava filtrenizi değiştirin. Güç kablosunu sökün ve cihazı yeniden başlatmak için tekrar bağlayın.

Hava tüpü tıkalıdır.

Hava tüpünüzü kontrol edin ve tıkanmaları ortadan kaldırın. Güç kablosunu sökün ve cihazı yeniden başlatmak için tekrar bağlayın.

Nemlendirici ayarı çok yüksek, hava tüpünde su birikmesine neden oluyor.

Nemlendirici ayarını düşürün ve hava tüpünden suyu boşaltın.

Hata mesajını gösterir: ResMed 30/90W Güç Kaynağı Birimi ni kontrol edin ve konektörü takın

DC kabloso cihazın arkasına kısmen takılıdır veya çok yavaş takılmıştır.

DC kablosoyu tam olarak takın.

ResMed olmayan bir güç kaynağı birimi cihazla bağlıdır.

Güç kaynağı birimini çıkarın ve bir ResMed güç kaynağı birimi ile değiştirin.

Güç kaynağı birimi çatıaftla kaplanıyor.

Kaplayabilecek diğer nesnelerin bulunmadığından emin olun.

Problem/Olası neden

Çözüm

Hata mesajını gösterir: Tüp tıkalı, tüpü kontrol edin.

Hava tüpü tıkalıdır.

Hava tüpünüzü kontrol edin ve tıkanmaları ortadan kaldırın.

Hata mesajını gösterir: Fazla kaçak, sistem kurulumunu ve tüm bağlantıları kontrol edin

Fazla kaçak var.

Maske ve başlık konumunu ayarlayın.

Hava tüpü doğru bağlanmamış. Her iki uçta sıkıca takın.

Aşağıdaki mesaj LCD üzerinde ayarları güncellemeye veya verileri SD karta kopyalamaya çalıştıktan sonra görüntüleniyor: Kart hatası, lütfen SD kartımı çıkarın ve servisimize başvurun

SD kart doğru olarak takılı değil.

SD kartın doğru olarak takılı olduğundan emin olun.

Ayarlar CPAP cihazına kopyalanmadan

SD kartı tekrar takın ve anasayfa ekranının veya Ayarlar

önce SD kartı çıkarmış olabilirsiniz.

başarıyla güncellendi, herhangi bir tuşa basın

mesajının LCD'de görünmesini bekleyin.

Not: Bu mesaj sadece bir kez belirlir. Ayarlarınızı

güncelledikten sonra SD kartı tekrar takarsanız, mesaj

tekrar gösterilmez.

Aşağıdaki mesaj, SD kartı kullanarak ayarları güncellemeye çalışmanızdan sonra LCD'de GÖSTERİLMEZ: Ayarlar başarıyla güncellendi, herhangi bir tuşa basın

Ayarlar güncellenmedi.

Derhal klinisyeniniz/servis sağlayıcımızla temasa geçin.

SD kartı

S9 cihazınızdan tedavi verilerini toplamak ve klinisyeninizden ayar güncellemeleri temin etmek için bir SD kart tedarik edilmiştir. Yönlendirildiğiniz takdirde S9 cihazını prizden çekin, SD kartınızı çıkarın, koruyucu kilifa koyun ve klinisyenimize gönderin. Kartınızın çıkarılması ve takılması ile ilgili daha fazla bilgi için cihazımızla birlikte tedarik edilen S9 SD Kart Koruyucu Kılıfına bakınız. Lütfen S9 SD Kart Koruyucu Kılıfı ilerde kullanılmak için saklayın.

Teknik özellikler

Çalışma basıncı aralığı

4 ila 20 cm H₂O

Maksimum tekil hata kararlı hal basıncı

30 cm H₂O

Basınç ölçüm toleransı

±0,5 cm H₂O ± okumanın ölçümün %4'ü

Akım ölçüm toleransı

±6 l/dk veya okumanın %10'u, hangisi daha büyükse

ISO 4871 uyarınca BEYAN EDİLEN ÇİFT RAKAMLI GÜRÜLTÜ EMİSYON DEĞERLERİ:

Ses basınç seviyesi

ISO 17510-1:2002 uyarınca ölçülen 24 dBA
ISO 17510-1:2009 uyarınca ölçülen 2 dBA belirsizlik ile
26 dBA

Ses gücü seviyesi

ISO 17510-1:2009 uyarınca ölçülen 2 dBA belirsizlik ile
34 dBA

Nominal boyutlar (U x G x Y)

153 mm x 140 mm x 86 mm

Ağırlık

835 g

90 W güç kaynağı birimi

Giriş aralığı 100–240 V, 50–60 Hz,
Uçakta kullanım için nominal 115 V, 400 Hz

Tipik güç tüketimi 70 W (80 VA)

Maksimum güç tüketimi 110 W (120 VA)

30 W güç kaynağı birimi

Giriş aralığı 100–240 V, 50–60 Hz,
Uçakta kullanım için nominal 115 V, 400 Hz

Tipik güç tüketimi 20 W (40 VA)

Maksimum güç tüketimi 36 W (75 VA)

Çalışma sıcaklığı

+5 °C ila +35 °C

*Not: Bu tedavi cihazı tarafından solunmak için üretilen hava akımı odadaki sıcaklığın üzerinde olabilir. Aşırı sıcak ortam koşulları (40°C) altında cihaz güvenli olmaya devam eder.
%10–95 yoğunlaşmasız*

Çalışma nemliliği

Deniz seviyesinden 2.591 m'ye kadar
-20 °C ila +60 °C

Çalışma yükseklği

%10–95 yoğunlaşmasız

Saklama ve taşıma sıcaklığı

Alev geciktirici mühendislik ürünü termoplastik

Saklama ve taşıma nemliliği

Önerilen maksimum ek oksijen akışı: 4 l/dk

Muhafaza konstrüksiyonu

Polipropilen taşıyıcı ile dokunma olmayan akrilik ve polipropilen fiber

Oksijen desteği

Polyester fiber

Hipoalerjenik hava filtresi

Standart hava filtresi

SlimLine™ hava tüpü

Esnek plastik, 1,8 m, 15 mm iç çap

Standart hava tüpü

Esnek plastik, 2 m, 19 mm iç çap

ClimateLine™ ısıtılabilir hava tüpü

Esnek plastik ve elektrik bileşenleri, 2 m, 15 mm iç çap

Climateline^{MAX}™ ısıtmalı hava
tüpü

Hava çıkışı

Elektromanyetik uyumluluk

Esnek plastik ve elektrik bileşenleri, 1,9 m, 19 mm iç çap

22 mm konik hava çıkışı ISO 5356-1 ile uyumludur
Ürün, yerleşim yeri, ticari amaçlı yer ve hafif endüstri
ortamları için belirlenmiş olan IEC 60601-1-2'ye göre geçerli
tüm elektromanyetik uyumluluk gerekliliklerine (EMC)
uygundur.

Mobil iletişim cihazlarının cihazdan en az 1 m uzakta
tutulması önerilir.

Bu ResMed cihazlarının elektromanyetik uyumluluğu ve
korunması ile ilgili bilgi www.resmed.com adresinde
Products (Ürünler) sayfasında Service and Support (Ürün
Servis ve Destek) bölümünün altında bulunabilir. Diliniz için
PDF dosyasına tıklayın.

Uçakta kullanım

RTCA/DO-160 Federal Havacılık Dairesi (FAA)
gerekliliklerini karşılayan Tıbbi Taşınabilir Elektronik
Cihazlar (MI-PED) hava taşımacılığının tüm fazları sırasında
hava yolu işletmecisinin onayı veya başka testler olmadan
kullanılabilir. ResMed, S9'un RTCA/DO-160 gerekliliklerini
karşıladığını doğrular.


IEC 60601-1 sınıflandırma

Sınıf II (çift yalıtım), Tip BF

Notlar:












- *İmalatçı bu özellikleri önceden haber vermaksizin değiştirme hakkını saklı tutar.*
- *Climateline veya Climateline^{MAX} için gösterilen sıcaklık ve bağıl nem ayarları ölçülen değerler değildir.*
- *SlimLine hava tüpünü S9 dışındaki cihazlarla kullanmadan önce klinisyeniniz/servis sağlayıcınıza danışın.*

Pnömatik akış yolu



Semboller

Aşağıdaki semboller S9'unuz, güç kaynağı biriminiz, hava tüpünüz veya ambalaj üzerinde görünebilir.

-  **Dikkat;** Kullanmadan önce talimatı okuyun; **IP21** Parmakların sokulmasına ve dikey damlayan suya karşı koruma; **IP20** Damla geçirmez değildir;  **BF** tipi ekipman;  **Sınıf II** ekipman;  **Başlat/Durdur;**  **İmalatçı;** **EC REP** Avrupa Birliği Yetkili Temsilcisi;  **RoHS;** **LOT** Parti kodu; **REF** Katalog numarası; **SN** Seri numarası; **==** Doğrudan akım;  **Kilitli/kilidi aç;**  **Doldurmak için kabı çıkarın;**  **Kuru muhafaza edin;**  **Çin kirlilik kontrolü logosu 1;**  **Çin kirlilik kontrol logosu 2;**

Çevresel bilgi

WEEE 2002/96/EC, elektrikli ve elektronik ekipmanın uygun şekilde bertaraf edilmesini öngören bir Avrupa Direktifidir. Bu cihazlar ayrıştırılmamış yerel atık olarak değil ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Cihazınızı bertaraf etmek için bölgenizde bulunan uygun toplama, yeniden kullanım ve geri dönüşüm sistemlerini kullanmalısınız. Bu toplama, yeniden kullanım ve geri dönüşüm sistemleri, doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmak ve tehlikeli maddelerin çevreye zarar vermesini önlemek için tasarlanmıştır. Bu bertaraf etme sistemleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen yerel atık idarenize başvurunuz. Üzeri çapraz çizgili çöp kutusu işareti, bu şekildeki bertaraf etme sistemlerini kullanmanızı gerektirdiğini belirtmektedir. ResMed cihazınızın toplanması ve bertaraf edilmesi hakkında bilgi gerekiyorsa lütfen ResMed ofisimiz veya yerel distribütörünüzle irtibat kurun veya www.resmed.com/environment adresine gidin.

Bakım

S9 cihazı, ResMed tarafından sağlanan talimatlar uyarınca çalıştırıldığında emniyetli ve güvenilir şekilde çalışacak biçimde tasarlanmıştır. ResMed, cihazın yıpranmış olduğuna dair herhangi bir işaret veya

cihazın çalışmasına dair bir endişe varsa, S9'un yetkili bir ResMed Servis Merkezi tarafından kontrol edilmesini ve bakımının yapılmasını tavsiye eder. Aksi halde, cihazın tasarım ömrü olan beş yıl süresince cihazların bakımı ve kontrolü lüzumlu olmaması gerekir.

Sınırlı garanti

ResMed Ltd (bundan böyle ResMed) ResMed cihazınızın satın aldığınız tarihten itibaren aşağıda belirtilen süre boyunca matzeme ve işçilik hatalarından arı olduğunu garanti etmektedir.

Ürün	Garanti süresi
<ul style="list-style-type: none">• Maske sistemleri (maske çerçevesi, yastık, başlık ve tüp dahil) – tek kullanımlık cihazlar hariç• Aksesuarlar – tek kullanımlık cihazlar hariç• Esnek tipte parmak nabız sensörleri• Nemlendirici su hazneleri	6 ay
<ul style="list-style-type: none">• ResMed dahili ve harici batarya sistemleriyle kullanım için bataryalar• Klips tipte parmak nabız sensörleri• CPAP ve çift aşamalı cihaz veri modülleri• Oksimetreler ve CPAP ile çift aşamalı cihaz oksimetre adaptörleri• Nemlendiriciler ve temizlenebilir nemlendirici su hazneleri• Titrasyon kontrol cihazları	1 yıl
<ul style="list-style-type: none">• CPAP, çift aşamalı ve ventilasyon cihazları (harici güç kaynağı birimleri hariç)• Batarya aksesuarları• Taşınabilir diyagnostik/tarama cihazları	2 yıl

Bu garanti sadece ilk müşteri için geçerlidir. Transfer edilemez. Ürün, normal kullanım koşulları altında arızalanırsa, ResMed, tercih hakkı ResMed'e ait olacak şekilde arızalı ürünü veya herhangi bir parçasını tamir edebilir veya değiştirebilir. İşbu sınırlı garanti şunları kapsamamaktadır: a) yanlış kullanım, suistimal, üründe tadilat veya değişiklik yapılmışından kaynaklanan herhangi bir hasar; b) ResMed tarafından açıkça ilgili onarımları yapmaya yetkili olduğu belirtilmemiş olan herhangi bir servis tarafından gerçekleştirilen onarımlar; c) sigara, pipo, puro veya diğer tüttün ürünlerinden kaynaklanan herhangi bir hasar veya kirlilik; ve d) bir elektronik cihaz üzerine veya içine su dökülmesi nedeniyle oluşan herhangi bir hasar. Garanti, ürünün ilk satın alınan bölgenin dışına satılması veya yeniden satılması ile geçersiz hale gelir. Arızalı ürünlere ilişkin garanti talepleri, ilk müşteri tarafından satın alma noktasına bildirilmelidir. İşbu garanti, her türlü zımni ticari elverişlilik veya belirli bir amaç için uygunluk garantisi dahil olmak üzere, diğer tüm açık veya zımni garantilerin yerini almaktadır. Bazı bölgeler veya ülkelerde, zımni garantinin ne kadar süre ile geçerli olduğu konusunda herhangi bir kısıtlamaya izin verilmemiş olduğundan, yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

ResMed, herhangi bir ResMed ürününün satılması, kurulması veya kullanılması sonucu ortaya çıkan arızı veya dolyayı hasarlardan sorumlu değildir. Bazı bölgeler veya ülkelerde, arızı veya dolyayı hasarlarının hariç tutulması veya sınırlanması izin verilmemiş olduğundan yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir. İşbu garanti size belirli yasal haklar vermemekte olup, bölgeden bölgeye değişiklik gösteren diğer başka haklara sahip olabilirsiniz. Garanti haklarınız ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için, yerel ResMed satıcınıza veya ResMed ofisine başvurunuz.

UYARILAR

- Cihazı kullanmadan önce tüm kilavuzu okuyun.
- Bu cihazı sadece doktorunuz veya sağlık görevlinizin talimat verdiği şekilde kullanın.
- Cihazı sadece bu kilavuzda tanımlandığı şekilde kullanın amacı için kullanın. Bu kilavuzda bulunan tavsiyeler, tedaviyi yazan doktorun talimatlarının yerini almamalıdır.
- Bu cihaz performansında herhangi bir açıklanamayan değişiklik farkederseniz, olağandışı veya kaba sesler çıkarıyorsa, cihaz veya güç kaynağı düşürüldü veya yanlış muamele edilirse, muhafaza içine su dökülürse veya muhafaza kırılırsa kullanmayı kesin ve ResMed Servis Merkezinizle irtibat kurun.
- Elektrik çarpmasından sakının. Cihaz, nemlendirici, güç kaynağı veya güç kablosunu suya batırmayın. Döküme durumunda cihazı güç kaynağından ayırın ve parçaların kurumamasını bekleyin. Temizlik öncesinde cihazın fişini daima çekin ve cihazın fişini takmadan önce parçaların kuru olduğundan emin olun.
- Patlama tehlikesi—yanıcı anestetiklerin yakınında kullanmayın.
- Güç kablosu ve fişin iyi durumda olduğundan ve ekipmanın hasarlı olmadığını emin olun.
- Güç kablosunu ismişmiş yüzeylerden uzak tutun.
- Cihaz sadece ResMed veya bir doktor veya solunum terapisti tarafından önerilen maskeler (ve konektörler¹) ile kullanılmalıdır. Bir maske, cihaz çalıştırılmadan kullanılmamalıdır. Maske takıldığında cihazın hava üflediğinden emin olun. Maskenin ventilasyon deliği veya delikleri asla bloke edilmemelidir.

Açıklama: Cihaz maskeden sürekli olarak hava akımına izin verecek hava deliklerine sahip özel maskeler (veya konektörler) ile birlikte kullanılacak üzere tasarlanmıştır. Cihaz açık konumda ve düzgün çalışırken cihazdan gelen yeni hava dışarı solunan havayı maskenin ventilasyon deliklerinden dışarı atmaktadır. Ancak, cihaz çalışmadığında, maskeden yetersiz temiz hava tedarik edilecektir ve dışarı solunan hava tekrar solunabilir. Dışarı solunan havanın birkaç dakikadan fazla yeniden solunması, bazı durumlarda, boğulmaya neden olabilir. Bu durum çoğu CPAP veya İki

1. Portlar, maske veya maskenin yanındaki konektörler ile birleştirilebilir.

- aşamalı cihaz modeli için geçerlidir.
- Oksijen, yangını destekler. Sigara çillerin veya açıkta bir ateş varsa oksijen kullanılmamalıdır.
- Oksijen kaynağı açılmadan önce cihazın açılmış ve hava akışının gerçekleştirilmiş olmasını daima sağlayın. Cihaz kapatılmadan önce daima oksijen kaynağını kapatarak kullanılmamış oksijenin cihaz muhafazası içinde birikip bir yangın riski oluşturmasını önleyin.
- Hava tüpünün büyük kısmının yatağınızın üst kısmında kalmasına dikkat edin. Bu, uyku sırasında başımıza veya boynunuza dolabilir.
- Elektriksel olarak iletken veya antistatik hava tüpleri kullanmayın.
- Görünür hasar bulguları varsa hava tüpünü kullanmayın.
- Cihazla sadece ResMed hava tüpü ve aksesuarları kullanılmalıdır. Farklı tipte bir hava tüpü veya aksesuar, gerçekte aldığımız basıncı değiştirebilir ve tedavinizin etkisini azaltabilir.
- Sadece ResMed 90 W veya 30 W güç kaynağı birimleri ile kullanın. Cihaz, H5i, hava tüpü, DC/DC dönüştürücü ve pil paketinden oluşan sisteme güç vermek için 90 W güç kaynağı ünitesini kullanın. 30 W güç kaynağı ünitesi sadece cihaza güç vermek üzere tasarlanmıştır ve seyahat için önerilir.
- Sadece ResMed ürünleri, modül konektör portuna takılmak üzere tasarlanmıştır. Diğer cihazları bağlamak cihaza zarar verebilir.
- Çalışır durumdaiken cihazın hava tüpünü velveya hava girişini tıkamak cihazın aşırı ısınmasına neden olabilir.

ÖNLEMLER

- Cihaz muhafazasını açmayın. İçinde, kullanıcı tarafından bakım yapılabilecek bir parça yoktur. Tamir ve bakım sadece yetkili ResMed servis sorumlusu tarafından yapılmalıdır.
- Cihaz, nemlendirici veya hava tüpünün temizliğinde çamaşır suyu, klor, alkol veya aromatik maddeli çözeltiler, nemlendirici ya da antibakteriyel sabunlar veya kokulu yağlar içeren maddeler kullanmayın. Bu solüsyonlar, hasara neden olabilir ve ürünün kullanım ömrünü azaltabilir.
- Hatalı sistem kurulumu hatalı maske basınç okumasına neden olabilir. Sistemin doğru şekilde kurulmasını sağlayın.
- Cihazı, kimsenin çarpmayacağı veya güç kablo suna takılmayacağı bir yere yerleştirmeye özen gösterin.
- Cihaz etrafındaki alanın kuru ve temiz olduğundan ve hava girişini tıkayabilecek veya güç kaynağı ünitesini örtebilecek herhangi bir çarşaf, giysi veya diğer nesne bulunmadığından emin olun.
- Dışarıda kullanılıyorsa cihazın suya karşı korunmasını sağlayın. Cihazı taşıma için S9 seyahat çantasına koyun.